



МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Утас: \_\_\_\_\_; E-mail: info@inspection.gov.mn;  
Факс: \_\_\_\_\_; Web: http://www.inspection.gov.mn;

№3.8

ЦУС СЭЛБЭЛТ СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ  
ТӨВ, ЦУСНЫ САЛБАР БАНКНЫ ҮЙЛ  
АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН  
ХУУДАС

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20\_\_ он \_\_ сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин;

Дууссан: 20\_\_ он \_\_ сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж	Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн	
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус		Дугаар		
<b>Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн</b>				
Нэр		Улсын бүртгэлийн гэрчилчлгээний No Регистрийн No	Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хүчинтэй хугацаа	
<b>Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан</b>			<b>Хяналтын объект</b>	
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	Хаяг, байршил -Өөрийн байранд -Түрээсийн байранд	
<b>Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан</b>				
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл		
<b>Үйл ажиллагаа</b>			Үйл ажиллагаа эрхэлсэн хугацаа	
Чиглэл -Үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүний хэлбэр -Үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүний нэрс тун хэмжээг хавсралт хүснэгтээр гаргах				
<b>Нийт ажилтны тоо-.....</b>			Технологийн тасаг /нэрээр/	
Чанарын албаны дарга /нэрээр / Их эмч/мэргэшсэн/ Тоног төхөөрөмжийн инженер Бусад мэргэжлийн				
<b>Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ</b>				
Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан				
Өмнөх шалгалтаар илэрч байсан зөрчлүүд				
Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал				

**Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ**

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан		Авсан оноо	
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэлийн шалгалт
	Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1 дэх хэсэг	Эрүүл мэндийн байгууллага нь хүчинтэй хугацаа бүхий мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй.				
<b>I. Цус, цусан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа</b>			<b>0</b>	<b>513</b>		
<b>1.1 Удирдлагын бүтэц, зохион байгуулалт</b>			<b>0</b>	<b>5</b>		
1	Тусгай мэргэжлийн оргүй төвийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 6330-3:2012 5.2 11.7.1	Төв нь хамт олны төлөөлөл бүхий удирдах зөвлөлтэй, зөвлөлийн ажиллах журмыг хэрэгжүүлж ажилладаг.	0	2		
2		Төв нь дохиолол хамгааллын нэгжтэй, онцгой объектуудад камер байршуулсан, шаардлагатай холбооны хэрэгсэл, бусад тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан, мэдээллийн тогтолцоотой.	0	3		
<b>1.2 Үйлдвэрлэлийн түүхий эд, материал</b>			<b>0</b>	<b>44</b>		
3	ЭМС-ын 2011 оны 447 дугаар тушаал	Цус цусан бүтээгдэхүүний ердийн үеийн нөөц бүрдүүлэхэд хүрэлцээтэй донорын бүртгэлтэй.	0	10		
4		Цус цусан бүтээгдэхүүний гамшгийн үеийн нөөц бүрдүүлэхэд хүрэлцээтэй донорын бүртгэлтэй.	0	3		
5		Цус цусан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ердийн болон гамшгийн үеийн хүрэлцээтэй хэмжээний цусны хүүдийний нөөцтэй.	0	10		
6		Ердийн үед цус цусан бүтээгдэхүүн цуглуулахад шинжилгээнд хэрэглэх оношлуурын нөөцтэй.	0	10		
7		Гамшгийн үед цус цусан бүтээгдэхүүн цуглуулахад шинжилгээнд хэрэглэх оношлуурын нөөцтэй	0	3		
8		Шинжилгээнд хэрэглэж байгаа оношлуур нийлүүлэлтийн гэрээтэй	0	2		
9		Нийлүүлсэн оношлуур чанарын сертификаттай.	0	2		
10		Донорын эрүүл мэндийн карт нь хүрэлцэхүйц хэмжээний нөөцтэй.	0	2		
11		Цус цусан бүтээгдэхүүний бар код бүхий шошгоны хүрэлцэхүйц хэмжээний нөөцтэй.	0	2		
<b>1.3 Үйлдвэрлэлийн хүн хүчин</b>			<b>0</b>	<b>12</b>		
12	Тусгай мэргэжлийн оргүй төвийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 6330-3:2012	ЦССҮТ-д А хавсралтын 3 дугаар заалтад заасан мэргэжилтнүүд орон тоогоор ажилладаг.	0	2		
13	ЭМС-ын 266 тоот тушаал. Нэгдүгээр хавсралт	Цусны салбар банк нь стандартын дагуу нэгдсэн эмнэлгийн ерөнхий эмчийн тушаалаар батлагдсан орон тооны ажилтантай.	0	2		
14	ЭМС-ын 261 дүгээр тушаал 2-р хавсралт	Орон тооны технологичтой.	0	2		
15		Үйлдвэрлэл хариуцсан технологич нь тухайн үйлдвэрлэлийн чиглэлийн дагуу мэргэшсэн, дадлага туршлагатай	0	2		
16	Эм үйлдвэрлэлд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5524:2011 стандарт	Үйлдвэрт ажиллагсад мэргэжлийн чиглэлээр тасралтгүй, байнгын сургалтыг зохион байгуулдаг.	0	2		
17		Сургалтын практик үр дүнд үнэлгээ өгч ажилласан	0	2		
<b>1.4 Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа</b>			<b>0</b>	<b>252</b>		
18		Донор зохион байгуулах, цус цуглуулах төлөвлөгөөтэй	0	10		
19		ЦЦБ үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөтэй.	0	10		

20	ЭМС-ын 261 дүгээр тушаалын 2.8 2.4	Чанарын удирдлагын тогтолцоог хөгжүүлэх төлөвлөгөөтэй, хэрэгжүүлж ажилладаг.	0	10		
21		Гамшгийн үеийн төлөвлөгөөтэй.	0	10		
22		Үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүн тус бүрээр батлагдсан Стандарт ажиллагааны аргачлал мөрдөж ажилладаг.	0	10		
23	ЭМС-ын 2010 оны 377 тоот тушаалын 7-р хавсралт.	Үйлдвэрлэлд цус цусан бүтээгдэхүүний нэг нэгжид тооцох хэмжээг баримталдаг.	0	2		
24	ЭМС-ын 2010 оны 377 тоот тушаалын 3-р хавсралт.	Бүтээгдэхүүн тус бүрийг зохих горимын дагуу хадгалдаг.	0	10		
25		Бүтээгдэхүүн тус бүрийг зохих горимын дагуу тээвэрлэдэг.	0	10		
26		Шаардлага хангахгүй бүтээгдэхүүнийг зохих горимын дагуу халдваргүйжүүлж, устгадаг.	0	10		
27	Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 28-р зүйл	Цусны албаны хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын заавар, дүрэмтэй	0	6		
28		Ажиллагсад үйл ажиллагаанд оролцохоос өмнө хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын заавар, дүрэмтэй танилцдаг	0	6		
29	ЭМС-ын 261 дүгээр тушаал 2-р хавсралт	Донор элсүүлэлт, сургалт сурталчилгааны хэсэг ажилладаг	0	2		
30	ЭМС-ын 2010 оны 377 тоот тушаалын 1-р хавсралт.	Донор сонгох шалгуур, асуумж, хориглох заалтыг баримталдаг	0	10		
31	ЭМС-ын 2010 оны 165 тоот тушаал 7.1.4 ЭМС-ын 2010 оны 34 тоот тушаал	Донорын бүртгэл, мэдээлэл, шилжилт хөдөлгөөн, тайлан гаргадаг.	0	2		
32		Донорын эрүүл мэндийн батлагдсан карт хэрэглэдэг.	0	2		
33		Цусны бүлэг, нэрс, албан газраар ялган тусад нь хадгалдаг.	0	2		
34	ЭМС-ын 266 тоот тушаал 2-р хавсралт	ЦСЗЗ- байгуулагдсан тушаал, ажил үүргийн хуваарийн дагуу ажилладаг	0	20		
35		ЦСЗЗ-ийн ажлын төлөвлөгөө, түүнийг биелүүлж ажилладаг	0	20		
36		ЦЦБ-ий хэрэгцээг тооцож гаргадаг	0	20		
37	ЭМС-ын 261 дүгээр тушаалын 2.1 дэх заалт	"Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай" Монгол улсын Засгийн газрын 111-р тогтоолыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй, түүнийг биелүүлж ажилладаг.	0	20		
<b>1.4.1 Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ</b>						
38	Тусгай мэргэжлийн оргүй төвийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 6330-3:2012 9.2.1.1	Улсын хэмжээнд донорын цус, цусан бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал, донор, үйлдвэрлэл, шинжилгээ, тээвэрлэлт, хадгалалт, чанар, зохистой хэрэглээг лавлагаа, мэргэжил арга зүйгээр хангаж ажилладаг.	0	10		
39	Тусгай мэргэжлийн оргүй төвийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 6330-3:2012 9.2.1.2.	Цус цусан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд олон улсын стандартад нийцсэн ISO 9001 сертификат бүхий үйлдвэрлэгчийн бараа бүтээгдэхүүн, шинжилгээнд цусны албанд хэрэглэхээр ДЭМБ-аас зөвшөөрөгдсөн оношлуурыг сонгож хэрэглэдэг.	0	10		
40	Тусгай мэргэжлийн оргүй төвийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 6330-3:2012 9.2.1.3.	Эмнэлгүүдийн захиалгын дагуу аюулгүй, чанартай, эмчилгээний үр дүнтэй цус, цусан бүтээгдэхүүнийг хүрэлцэхүйц хэмжээгээр үйлдвэрлэдэг.	0	10		
41	Тусгай мэргэжлийн оргүй төвийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 6330-3:2012 9.2.1.5.	Эмч, мэргэжилтэнг донор сонгох, цус, цусан бүтээгдэхүүнийг цуглуулах, шинжлэх, үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, хадгалах, сэлбэх, чанар аюулгүй ажиллагааны аргачлалд сургахад мэргэжил арга зүйгээр хангаж ажилладаг.	0	10		

42	Тусгай мэргэжлийн оргүй төвийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 6330-3:2012 9.2.1.6	Эмнэлгийн байгууллагуудаас ирсэн цус цусан бүтээгдэхүүн сэлбэсэнтэй холбоотой урвал, хүндрэлийн мэдээллийг бүртгэн улсын хэмжээнд мэдээллийн сан үүсгэн, цусны сонор сэрэмжийн үндэсний хөтөлбөрийг удирдлага, арга зүйгээр хангаж ажилладаг.	0	10		
43	Тусгай мэргэжлийн оргүй төвийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 6330-3:2012 9.2.1.8	Эмнэлгүүдийн болон салбар банкуудын цусны аюулгүй байдалд хөндлөнгийн хяналт үнэлгээг тогтмол хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөмжөөр хангаж ажилладаг.	0	10		
<b>1.5 Лабораторийн тусламж үйлчилгээ</b>			<b>0</b>	<b>135</b>		
44	Тусгай мэргэжлийн оргүй төвийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS6330-:2012 9.2.2.1 Хавсралт А	Төвийн бүтцэд үйл ажиллагаа явуулах лабораториуд нь хүний нөөцөөр хангагдсан.	0	10		
45	Тусгай мэргэжлийн оргүй төвийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS6330-:2012 9.2.2.1 Хавсралт В	Төвийн бүтцэд үйл ажиллагаа явуулах лабораториуд нь тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан.	0	10		
46	Тусгай мэргэжлийн оргүй төвийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 6330-3:2012 9.2.2.4	Лавлагаа лаборатори нь цус сэлбэлтээр дамжих халдвар илрүүлэх болон цусны бүлэг, хувийн тохирооны шинжилгээгээр улсын хэмжээнд лавлагаа үйлчилгээ үзүүлдэг.	0	10		
47	Тусгай мэргэжлийн оргүй төвийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 6330-3:2012 9.2.2.5	Лаборатори нь халдвар хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны дүрэм болон био аюулгүй ажиллагааны журмыг мөрдөж ажилладаг.	0	10		
48	Эмийн үйлдвэрлэлд тавигдах ерөнхий шаардлага.MNS5524:2011 стандартын 16.1	Шинжилгээнд шаардлагатай урвалж бодисыг найруулсан, баталгаажилтын бүртгэлтэй.	0	2		
49	MNS 5524:2011 стандартын 16.4.2	Лабораторит лавлагаа болон стандарт бодис, тэжээлт орчин бусад урвалж бодисыг зааврын дагуу хаяглан хадгалдаг.	0	2		
50	Стандартчилал тохирлын үнэлгээний тухай хууль 13.2.1	Лаборатори итгэмжлэлд хамрагдсан.	0	10		
<b>1.5.1 Үйлдвэрлэсэн улаан эсийн бүтээгдэхүүний цуврал бүрд хийгдэх чанарын шинжилгээ</b>						
51	ЭМС-ын 377 дугаар	Хемоглобин тодорхойлдог.	0	3		
52	тушаалын 2 дугаар	Хематокритын хэмжээ тодорхойлдог.	0	3		
53	хавсралт	Үлдэгдэл эсийн тоо тодорхойлдог.	0	3		
<b>1.5.2 Үйлдвэрлэсэн сийвэнгийн бүтээгдэхүүний цуврал бүрд хийгдэх чанарын шинжилгээ</b>						
54		Нийт уураг тодорхойлдог.	0	3		
55		Фибриноген тодорхойлдог.	0	3		
56		Бүлэгнэлтийн факторууд тодорхойлдог.	0	3		
57		Үйлдвэрлэсэн захиалгат бүтээгдэхүүний цуврал бүр чанарын шинжилгээнд хамрагддаг.	0	3		
58	ЭМС-ын 377 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт	Донорын цус, сийвэнгийн нэгж бүрд цусаар дамжуулах халдвар илрүүлэх шинжилгээг бүрэн хийдэг.	0	20		
59		Донорын цус, сийвэнгийн нэгж бүрд бүлэг тодорхойлох шинжилгээг бүрэн хийдэг.	0	20		
60		Донороос цус, сийвэн, эсийг цуглуулахын өмнө хийгдэх шинжилгээг бүрэн хийдэг.	0	20		
<b>1.6 Баримтжуулалт</b>			<b>0</b>	<b>40</b>		
61		Донорын сургалт, сурталчилгаа, донорын бүртгэл мэдээллийн баримтжуулалт	0	10		
62	ЭМС-ын 165 дугаар тусламж 7.1.8	Цус цусан бүтээгдэхүүнд халдвар илрүүлэх болон бүлэг тодорхойлох шинжилгээг бүрэн хийдэг, түүнийг баримтжуулдаг.	0	10		

63		Цус цусан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн бүртгэл, баримтжуулалт бүрэн хийгддэг.	0	10		
64		Цус цусан бүтээгдэхүүнд чанарын шинжилгээг бүрэн хийдэг түүнийг баримтжуулсан.	0	10		
<b>1.7 Дотоод хяналт</b>			<b>0</b>	<b>14</b>		
65	ЗГ-ын 311 дүгээр тогтоол	Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүний стандарт, технологийн мөрдөлт, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд тодорхой давтамжтайгаар хяналт хийдэг.	0	2		
66		Үйлдвэрлэлийн бүхий л үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүний чанартай дотоод хяналт хийх төлөвлөгөө, журамтай	0	2		
67		Дотоод хяналтыг төлөвлөгөө графикийн дагуу улирал бүр хийдэг	0	3		
68		Дотоод хяналтын дагуу холбогдох арга хэмжээ авч, үр дүнг тооцож, баримтжуулсан	0	3		
69	ЭМС-ын 261 дүгээр тушаалын 2.5	Үйл ажиллагааных нь чиглэлээр гаргасан иргэдийн санал, хүсэлт, өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэдэг.	0	2		
70	ЭМС-ын 266 дугаар тушаал 3.5	Цусны салбар банкны үйл ажиллагаанд чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлж холбогдох стандарт ажиллагааны аргачлалыг мөрдөж ажилладаг.	0	2		
<b>1.8 Ариун эмийн үйлдвэрт тавигдах шаардлага</b>			<b>0</b>	<b>11</b>		
71	Эм үйлдвэрлэлд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5524:2011 стандартын 17.2	Нээлттэй аргаар үйлдвэрлэл явуулах тусгай зориулалтын өрөө тасалгаа бокстой.	0	3		
72		Боксонд ажиллах заавар, журам мөрдөж ажилладаг.	0	2		
73		Бугуйн цаг болон үнэт эдлэл зэргийг ариун бүсэд зүүхийг хориглох ба тоосонцор жижиг хэсэг ялгаруулдаг гоо сайхны бүтээгдэхүүн хэрэглэдэггүй.	0	2		
74		Хувцас солих өрөө нь ариун хэсгээс тусдаа байрладаг.	0	2		
75		Гадуур хувцсыг ариун бүсэд оруулахыг хориглох ба хувцас солих өрөөнд орж ирэхдээ ажиллагсад нь үйлдвэрийн хамгаалалтын хувцас өмсдөг.	0	2		
<b>II. Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж</b>			<b>0</b>	<b>56</b>		
<b>2.1 Инженер, техникийн үйлчилгээ</b>			<b>0</b>	<b>46</b>		
76	Эм үйлдвэрлэлд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5524:2011 стандартын	Тоног төхөөрөмж нь үйлдвэрлэлийн зориулалтдаа тохирсон, технологийн горимын дагуу ашиглагддаг.	0	5		
77		Тоног төхөөрөмжид засвар үйлчилгээ, цэвэрлэгээ хийхэд шаардагдах зай талбайтай, шат дамжлагын дарааллаар зөв байрласан	0	2		
78		Бага оврын, зөөвөрлөж болохуйц багаж, тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрлэлийн байрнаас гаргаж засварлах өрөөтэй.	0	2		
79		Үйлдвэрлэлд ашиглаж буй тоног төхөөрөмж, хэмжих хэрэгслүүдийг эрх бүхий хэмжилзүйн байгууллагаар баталгаажуулдаг.	0	1		
80		Үйлдвэрлэл эхлэхээс өмнө тоног төхөөрөмжийн тохируулгыг тогтмол хийж, шалгадаг ба тухай бүр баримтжуулан, аюулгүй ажиллагааг хангадаг.	0	5		
81		Тоног төхөөрөмжийг тухай бүрд цэвэрлэгээ хийж ариутгадаг, бүртгэлтэй.	0	1		
82		Төвийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай стандартын В хавсралтын 2-д заагдсан багаж, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, хангамж нь 80-аас доошгүй хувийн хангамжтай.	0	10		

83		Төв нь техник, тоног төхөөрөмжийн болон хангамж үйлчилгээний инженер техникийн	0	10		
84	Тусгай мэргэжлийн оргүй төвийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 6330-3:2012 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, Хавсралт В. Хоёр	Техник, тоног төхөөрөмжийн нэгж нь төвийн техник тоног төхөөрөмжийн хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлж, тоног төхөөрөмжийн үзлэг тохиргоо, засвар үйлчилгээ, ашиглалтын хэвийн болон аюулгүй ажиллагааг хангаж ажилладаг.	0	3		
85		Техник, тоног төхөөрөмжийн инженер, техникчид нь засвар үйлчилгээг төлөвлөгөө хуваарийн дагуу гүйцэтгэж, техник ашиглалтын тэмдэглэгээ хөтөлдөг.	0	3		
86		Техник тоног төхөөрөмжийн инженер нь тоног төхөөрөмжийг актлах, урсгал болон их засварт оруулан дүгнэлт гаргадаг.	0	2		
87		Үйлдвэрийн байр нь 380Вт, 50Гц-ийн цахилгаан үүсгүүртэй.	0	2		
<b>2.2 Багаж, техник, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдал</b>			<b>0</b>	<b>10</b>		
88	Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 40.2, 40.3 заалтууд,	Төвийн үйл ажиллагаанд ашиглагддаг багаж, тоног төхөөрөмжийг угсрах, суурилуулах, тохируулах, засварлах, ашиглах ажиллуулах болон аюулгүй ажиллагааны заавар бүхий техникийн бичиг баримтуудтай.	0	5		
89	Тусгай мэргэжлийн оргүй төвийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 6330-3:2012 14.3.1, 14.3.2	Байгууллагын мэргэжилтэн, ажилтан нь техникийн бичиг баримтын дагуу багаж тоног төхөөрөмжийг ашиглах, ажиллуулах болон техникийн аюулгүй ажиллагааны заавар журмуудыг монгол хэл дээр бичиж, баталгаажуулж мөрддөг.	0	3		
90		Тоног төхөөрөмжийн газардуулгын нэгдсэн системтэй, газардуулга шаардлагатай цахилгаан тоног төхөөрөмжүүдийг газардуулгад зөв холбож, хяналт тавьдаг.	0	2		
<b>III. Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэм, шаардлага</b>			<b>0</b>	<b>258</b>		
<b>3.1 Барилга байгууламж, орчны эрүүл ахуйн шаардлага</b>			<b>0</b>	<b>93</b>		
91	Тусгай мэргэжлийн оргүй төвийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 6330-3:2012 стандартын 12 дугаар зүйл	Барилга байгууламж нь 1-2 га-гаас багагүй эдэлбэр газартай, түүний 60%-аас багагүй талбай нь ногоон байгууламжтай.	0	10		
92		Орчны гэрэлтүүлэг хангалттай	0	3		
93		Гадна талбайд зонхилох салхины доод зүгт 30 метр тутамд хогийн сав байрлуулсан.	0	5		
94		Ажилчид болон үйлчлүүлэгчдийн машины зогсоолын талбайг цардаж тохижуулан, байршлын тэмдэг тавьсан.	0	3		
95		Усан хангамж болон ариун цэврийн байгууламж нь төвлөрсөн системд холбогдсон.	0	5		
96		Барилгын цонх, хаалга нь угаалга цэвэрлэгээний шаардлага хангасан цайвар өнгөтэй, битүүмжлэл сайтай, бүрэн ажиллагаатай, түгжээтэй, зориулалтын хаалт, сүүдэрлэлттэй, тасаг кабинетуудын хаалга нь гадагшаа онгойдог.	0	3		
97		Дээвэр ба гадна хана нь ус нэвтэрдэггүй, дотор тал нь агаар чийгний нөлөөллөөс хамгаалагдсан ба урсгал засвар, эцсийн халдваргүйтгэлийг жилд 1 удаа тогтмол хийдэг.	0	5		
98		Гадна болон дотор талын шал нь халтиргаа гулгаа үүсгэхгүй, угааж цэвэрлэхэд хялбар, өнгө үзэмжтэй зориулалтын хавтанцараар хийгдсэн.	0	3		
99		Цус цусан бүтээгдэхүүн нээлттэй аргаар үйлдвэрлэх өрөөний хана нь хавтанцар өнгөлгөөтэй, тааз нь тосон будагтай, автомат агааржуулалтын системтэй, бусад өрөөнүүд энгийн салхивчтай (дээшээ онгойдог)	0	5		



100		Тасаг нэгжүүдийн ариун цэврийн өрөөнд нян устгах шингэн саван,спиртэн суурьтай халдваргүйжүүлэх бодис байрлуулсан.	0	5		
101		Тасаг кабинетийн өрөө нь 20 хэмээс доошгүй дулаантай, агаарын солилцоо тогтмол хийх нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна.	0	3		
102		Лаборатори, угаалга болон бусад шаардлагатай нэгж тасгуудад (агаарыг бохирдуулагч бодистой харьцагч өрөөнүүдэд) бохир агаарыг зайлуулж, гадна агаарыг цэвэрлэж, чийглэж оруулдаг иж бүрэн агааржуулалтын механик болон автомат системтэй.	0	10		
103	Эм үйлдвэрлэлд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5524:2011 стандартын 6 дугаар зүйл, Тусгай мэргэжлийн оргүй төвийн бүтэц үйл ажиллагаа.	Үйлдвэрлэлийн хэсэг нь үйлдвэрлэл явуулахад тохирсон, батлагдсан зураг төслийн дагуу баригдсан. (ЦССҮТ)	0	5		
104		Үйл ажиллагаа явуулахад өрөө тасалгааны талбай нь стандартын С хавсралтад заасан шаардлагыг хангасан. (ЦССҮТ,БОЭТ,НЭ)	0	10		
105	Эм үйлдвэрлэлд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5524:2011 стандартын 6 дугаар зүйл	Үйлдвэрлэлийг технологийн зааврын дагуу тодорхой дэс дарааллаар хооронд нь холбож үйлдлийг цуваагаар тусгаарласан өрөөнд явуулдаг.	0	2		
106		Үйлдвэрлэлийн байрыг 3 /цагаан бүс, саарал бүс, хар бүс/ ангилсан.	0	5		
107		Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны шат дамжлага бүрт чийг, температурыг хянаж тэмдэглэл хөтлөдөг.	0	2		
108		Үйлдвэрийн байранд тог тогтворжуулагч байрлуулсан, цахилгааны нөөц үүсгүүртэй.	0	2		
109		Үйлдвэрлэлийн центрифуг байрлуулсан шал нь тэгш гадаргуутай.	0	2		
110	Эм үйлдвэрлэлд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5524:2011 стандарт	Үйлдвэрийн байрны дотоод гадаргуу (хана, шал) нь гөлгөр, ан цавгүй, ил залгаасгүй.	0	2		
111		Дамжуулах хоолой, гэрэлтүүлгийн төхөөрөмж, агааржуулагчийн бэхэлгээ, бусад хэрэгсэл нь завсар хонхорхой гарахааргүй, далд байршуулсан ба ил хэсгийг цэвэрлэхэд хялбар болгосон.	0	3		
<b>3.2 Үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй нөхцөл, халдвараас сэргийлэх дэглэм</b>			<b>0</b>	<b>128</b>		
112		Халдвараас сэргийлэх үйл ажиллагааг удирдан зохицуулах чиг үүрэг бүхий халдвар хяналтын албатай.	0	5		
113	Тусгай мэргэжлийн оргүй төвийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 6330-3:2012 стандартын 13 дугаар зүйл	Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагаа, ариутгал, халдваргүйтгэлийн сургалтанд халдвар хяналтын ажилтанг хамруулж, мэдлэг олгож, мэргэшүүлсэн	0	5		
114		Шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийг мэргэжлийн байгууллагаар батлагдсан журам, хуваарийн дагуу хийлгэдэг.	0	5		
115	MNS 5524:2011 стандартын 9.3	Үйлдвэрлэлийн агаар, гадаргуу, ариун материалын эрүүл зүйн бичил амь судлалын арчдасын хөндлөнгийн хяналтын шинжилгээгээр эмгэг төрөгч нян илрээгүй.	0	30		
116	ЭМС-ын 2010 оны 165 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 7 дугаар зүйл	Нээлттэй аргаар үйлдвэрлэл явуулах бүрд боксны эд юмс, ажилтны гар зэргээс арчдас, үйлдвэрлэл эхлэхээс өмнө болон үйлдвэрлэлийн дундуур агаарт эрүүл зүйн нян судлалын шинжилгээ хийж, дүгнэдэг.	0	5		
117		Боксын өрөөний эд юмс, багаж материалаас сар бүр нян судлалын шинжилгээ авч, шинжилгээний дүнгээр арга хэмжээ авч ажилладаг.	0	5		

118	ЭМС-ын 2010 оны 165-р тушаалын 2-р хавсралтын 7.1.19, 3-р хавсралт	Нээлттэй аргаар үйлдвэрлэл явуулах боксонд ажиллах үед гарыг мэс заслын үеийн гар угаах зааврын дагуу угаадаг.	0	10		
119		Спиртэнд суурилсан халдваргүйжүүлэх бодис хэрэглэдэг, хүрэлцээтэй	0	3		
120		Гар угаах нөхцөлөөр хангагдсан	0	3		
121	Эм үйлдвэрлэлд тавигдах ерөнхий шаардлага MNS 5524:2011 стандартын 5.6	Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд оролцдог ажиллагсад цэвэр хамгаалалтын хувцас өмсөж, үсээ далдалсан	0	3		
122		Цагаан бүсэд ордог ажиллагсад ажлын байранд гоёл чимэглэлийн зүйл хэрэглэхгүй, усанд орох, гараа ариутгах талаар зааварчилгаа авч, хувийн ариун цэврийг сахидаг.	0	3		
123	Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 8.1.1, 35.1-р заалт, ЭМС-ын 2010 оны 165-р тушаалын 3-р	Автоклав, хуурай халуунаар ариутгах шүүгээ, хатаах шүүгээтэй	0	3		
124		Ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодисын нөөцтэй, улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, баталгаатай	0	3		
125	Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын тухай хуулийн 10.2.1, 10.2.2-р заалт, Эрүүл мэндийн сайдын 2011 оны 158 тоот тушаалын 1 дүгээр хавсралт 2.3	Аюултай хог хаягдлыг зориулалтын, таних тэмдэгтэй уут, саванд ангилан ялгадаг	0	3		
126		Хог хаягдлыг түр хадгалах байр нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, байрны дотор, гадна талд тэмдэглэгээ, таних тэмдэгтэй	0	5		
127		Ажилтанг халдвараас сэргийлэх зориулалтаар амны хаалт, нүдний шил, бээлий, хормогч зэрэг хувцсаар хангасан	0	5		
128		Шингэн хог хаягдлыг урьдчилан хоргүйжүүлж, саармагжуулж халдваргүйтгэсний дараа төвлөрсөн бохирын шугамд нийлүүлдэг	0	10		
129	Тусгай мэргэжлийн оргүй төвийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 6330-3:2012 стандартын 11.5	Нэг чигийн урсгал бүхий ариутгалын тасагтай	0	5		
130		Ариутгагч нь эмнэлгийн дээд, тусгай мэргэжилтэй, мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан	0	6		
131		Багаж, хэрэгсэл, материал, тоног төхөөрөмжийн угаалга, цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэл, ариутгалын чанарт хими, физик, техникийн аргаар тухай бүр, нян судлалын аргаар сар бүр хяналт хийдэг.	0	3		
132	Тусгай мэргэжлийн оргүй төвийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 6330-3:2012 стандартын 11.6	Халдвартай болон халдваргүй бүсийн угаалга, цэвэрлэгээнд эрүүл ахуйн шаардлага, халдвар хамгааллын дэглэмийг мөрдөж ажилладаг.	0	3		
133		Зөөлөн эдлэл болон ажилтны ажлын хувцас, хэрэгслийг угаах угаалгын хэсэгтэй.	0	5		
<b>3.3 Үйлчлүүлэгч ба ажилтны аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээ, ажлын байрны эрүүл ахуйн шаардлага</b>			<b>0</b>	<b>37</b>		
134	Тусгай мэргэжлийн оргүй төвийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 6330-3:2012 стандартын 14 дүгээр зүйл 14.2	Эрүүл мэндийн ажилтныг жил бүр урьдчилан сэргийлэх үзлэг болон сүрьеэ, вируст гепатит В,С илрүүлэх шинжилгээнд хамруулан эмчлэн эрүүлжүүлэх арга хэмжээг авдаг	0	5		
135		Эмч, мэргэжилтнийг гепатит В вирусийн эсрэг дархлаажуулалтанд заавал хамруулдаг.	0	5		
136		Шаардлагатай үед ДЭМБ-аас зөвлөсөн томуугийн шинэ вирусын халдварын болон улаанууд, гэдэсний балнад, тарваган тахал зэрэг вакцинд зохих хууль тогтоомж шийдвэрийн дагуу хамруулдаг	0	5		
137		Шинээр ажилд орж буй хүмүүсийг сүрьеэ, вируст гепатит В,С болон нян тээгч илрүүлэх шинжилгээнд хамруулдаг.	0	5		
138		Мэргэжлээс шалтгаалсан осол, гэмтэл, өртөлт (хурц үзүүртэй зүйлд хатгагдах, цус цусан бүтээгдэхүүн арьс салстад үсрэх гэх мэт) өвчлөлийг илрүүлэн, бүртгэж, арга хэмжээ авдаг.	0	5		



139		Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй аюулгүй ажиллагааны сургалтыг нийт ажилчдад жил бүр, шинээр ажилд орж байгаа ажилтанд тухай бүр зохион байгуулж, мэдлэг, дадал, ур чадварыг эзэмшүүлэн баталгаажуулдаг	0	3		
140		Ажилтанд зориулсан амрах өрөөтэй байх ба зориулалтын тавилга хэрэгслээр хангагдсан	0	3		
141	Тусгай мэргэжлийн оргүй төвийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 6330-3:2012 стандартын 12.5	Эрүүл мэндийн ажилтанг тухайн ажил мэргэжлийн онцлогт тохирсон аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн, 2-оос доошгүй ээлжийн ажлын хувцсаар хангах ба зохих журмын дагуу шинэчилдэг	0	3		
142		Эмнэлгийн техникийн болон гүйцэтгэгч ажилтныг зориулалтын хувцас хэрэгслээр бүрэн хангах ба ажилтан хамгаалах хэрэгслийг зохих журмын дагуу өмсөж, аюулгүй байдлыг хангаж ажилладаг	0	3		
<b>1</b>		<b>I. Цус, цусан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа</b>	<b>0</b>	<b>513</b>		
<b>2</b>	<b>II. Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж</b>	<b>0</b>	<b>56</b>			
<b>3</b>	<b>III. Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэм, шаардлага</b>	<b>0</b>	<b>258</b>			
<b>НИЙТ ОНОО</b>			<b>0</b>	<b>827</b>		
<b>ҮНЭЛГЭЭ</b>					..... эрсдэлтэй	..... эрсдэлтэй

>=50%                      *Их эрсдэлтэй*  
 [30%-49%]                *Дунд эрсдэлтэй*  
 <=29%                      *Бага эрсдэлтэй*

*Жич: Тухайн үйлдвэрт хамаарахгүй асуултыг оноо тавихгүйгээр чагт тэмдэг тавьж, нийт онооноос тухайн асуултуудын оноог хасаж тооцно.*

**В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ**

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		<b>а/ Акт</b> •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Түр зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан <b>б/ Албан шаардлага</b> •Заалтын тоо <b>в/ Дүгнэлт</b> •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний <b>г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс</b> /төгрөг, ш, л, кг.../ <b>д/Нөхөн төлбөр</b> <b>е/Торгууль, шийтгэвэр</b> •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн		
<b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b>				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

**Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ**

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20\_\_он \_\_сар \_\_өдөр, \_\_цаг \_\_мин;

Дууссан: 20\_\_он \_\_сар \_\_өдөр, \_\_цаг \_\_мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга	Биелэлт
<b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b>			
	Улсын байцаагчийн албан тушаал		Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/