



№10.1.ЦАЦРАГИЙН ҮҮСГҮҮРИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
	1	2	3	4	5	6
1	ЦЭТХ 15.3	Цацрагийн үүсгүүрийн тусгай зөвшөөрөлтэй				
Байгууллагын цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдал			0	390	0	0
2	ЦЭТХ-ийн 28.2.5, ЦХААҮД-ийн 3.3.5 (2), ЦХҮАЭБЦААД-ийн 1.1.	Цацрагийн аюулгүй ажиллагаанд хяналт тавих цацрагийн хяналтын ажилтанг (алба, нэгж) тушаалаар томилсон	0	20		
3	ЗГ-ын 2011 оны 311 тоот тогтоол, ААНБҮАДХШЗБНЖ-ын 3 дугаар бүлэг 3.3 дахь хэсэг, ЦҮАБХД-ийн 2.1.2	Дотоод хяналт шалгалтын ажилтан нь тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрхэлж байгаа үйл ажиллагааны чиглэлээр боловсрол, мэргэжил эзэмшиж мэргэшсэн, ажлын дадлага туршлагатай	0	10		

4		Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрмийг улсын байцаагчаар хянуулж, баталгаажуулан мөрдөж ажилладаг	0	15		
5	ЦЭТХ-ийн 36.1.4, ЦХААҮД-ийн 2.3.6 (6), 3.3.5 (6-8), 3.13.23	Цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажилладаг, хөтөлбөрийг тогтмол хянаж, сайжруулдаг	0	15		
6		Цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө, тайлан мэдээг гаргаж хүргүүлдэг	0	15		
7	ЦЭТХ 36.1.6	Цацрагийн үүсгүүр ашиглах явцад гарсан осол, зөрчлийг цацрагийн хяналт, Онцгой байдал, Тагнуул, Цагдаагийн байгууллагад нэн даруй мэдээлдэг, ослын хор уршгийг арилгах, аюулгүй болгох арга хэмжээг хууль тогтоомжийн дагуу авч хэрэгжүүлдэг	0	10		
8	ЦЭТХ-ийн 36.1.3	Ажил эхлэхээс өмнө аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгдөг /бүртгэдэг/	0	10		
9	ЦЭТХ-ийн 36.1.5 ЦХААҮД-ийн 3.8.4(5)	Цацрагийн үүсгүүрийн ашиглалтын бүртгэл, тооллого, хэмжилтийн дүн, дотоод хяналтын тайланг хуулийн хугацаанд ирүүлдэг	0	20		
10	ЦЭТХ-ийн 17.1.5	Үйл ажиллагаа эрхлэх чиглэлээр мэргэжлийн боловсон хүчний нөөцтэй	0	20		
11	ЦҮАБХД-ийн 2.2.4, ЗГ-ын 2011 оны 311 тоот тогтоол, ААНБҮАДХШЗБНЖ-ын 3.2	ЦХА нь операторын буруутай үйл ажиллагааг зогсоох, цацрагийн аюулгүй байдлыг хангуулах, зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээг бие дааж шийдвэрлэх эрхтэй	0	15		
12	СЦХАМЦААД-ийн 5.5	Ажлын байран дээр цацрагийн үүсгүүрийн ашиглалт, хадгалалттай холбоотой баримт бичиг бүрэн	0	15		
13	ЦХААҮД-ийн 3.9.6-(9)	Цацрагийн үүсгүүр болон төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны баримт бичгүүд (гарын авлага, зааварчилгаа) нь ажилтнуудад ойлгомжтой бичигдсэн	0	10		

14	ЦЭТХ 28.2.7	Цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг бүхий ажилтан солигдсон тухайгаа хуулийн дагуу мэдэгдсэн	0	20		
15	ЦЭТХ 28.2.10	Тусгай зөвшөөрөл дээрх мэдээлэл өөрчлөгдсөн тохиолдолд хяналтын байгууллагад мэдэгддэг	0	20		
16	ЦЭТХ 36.1.1	Шинээр цацрагийн үүсгүүр хүлээн авсан тухайгаа ажлын 3 өдрийн дотор мэдэгдсэн	0	20		
17	ЦХААҮД-ийн 3.3.4	Хяналтын байгууллагын зөвшөөрөл, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаагүйгээр тохируулга хийсэн, нүүлгэн шилжүүлсэн, задласан, угсарсан, худалдан авсан, худалдсан/	0	20		
18	ЦЭТХ-ийн 28.2.2, GSR Part 5-ийн 3.13	Цацраг идэвхт хаягдлын байгууламжийн болзошгүй ослын үеийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээг бий болгосон.	0	20		
19	ЦЭТХ-ийн 28.2.2, GSR Part 5-ийн 3.15	Цацраг идэвхт хаягдлын байгууламжид тохирсон аюулгүй байдлын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг.	0	20		
20	ЦЭТХ-ийн 28.2.2, GSR Part 5-ийн 4.19	Хадгалах байгууламжийн загвар нь цацраг идэвхт хаягдлын төрөлд тохирсон	0	30		
21	ЦҮАБХД-ийн 5.2.3	Цацрагийн аюулгүй байдлын төлөвлөгөөг жил бүр шалгаж, зохих тодотгол, үнэлгээ хийсэн	0	30		
22	ЦҮАБХД-ийн 5.4.5, 5.5.2	Нэвтрэх эрх бүхий бүх ажиллагчдыг тодорхой хугацаанд шалгах, нэвтэрсэн тохиолдол бүрийг бүртгэсэн	0	15		
23	ЦҮАБХД-ийн 5.6.1	Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөтэй	0	20		
Ажлын байрны цацрагийн хамгаалалт			0	245	0	0

24	ЦЭТХ 36.1.2	Цацрагтай холбогдсон үйл ажиллагааг цацрагийн аюулгүйн стандартыг бүрэн хангасан, улсын байцаагчийн зөвшөөрсөн зориулалтын байранд явуулдаг	0	15		
25	ЦҮАБХД-ийн Хавсралт 3-1 СЦХАМЦААД-ийн 5.2, 5.5	Зориулалтын шошго, тэмдэглэгээ бүхий савтай (үүсгүүр шингэн бол шилэн)	0	5		
26		Бохирдлоос сэргийлэх арга хэмжээ авдаг	0	5		
27		Бохирдлыг арилгах урвалж бодис, материал хүрэлцээтэй	0	5		
28		Хаягдлын менежементийн асуудлыг шийдвэрлэсэн	0	5		
29		Зарцуулалтын тэмдэглэл /ашиглалтын мэдээлэл, хүлээн авсан, шилжүүлсэн г.м/ хийж, бүртгэл хөтөлдөг	0	5		
30		Шингэн үүсгүүртэй ажиллах зориулалтын хамгаалах хувцас, хэрэгсэлтэй	0	5		
31	СЦХАМЦААД-ийн 4.17, 4.18, 4.19	Цацрагийн үүсгүүр нь хамгаалалтын гэрнээс алдагдахаас хамгаалагдсан /тогтоох, хавчиж барих хэрэгсэл, тоноглолтой/	0	30		
32	ЦХААҮД-ийн 3.13.18 СЦХАМЦААД-ийн 6.2.10	Цацрагийн үүсгүүр ашиглаж, хадгалж буй байранд зохих цацрагийн анхааруулах санамж, тэмдэгтэй	0	5		
33	ЦХААҮД-ийн 3.11.6 СЦХАМЦААД-ийн 5.2, 5.5	Цацрагийн үүсгүүрийн бүртгэлийг хөтөлдөг, ашиглалт, хадгалалтын тооллогыг тогтоосон хугацаанд хийдэг	0	5		
34	ЦЭТХ-ийн 28.2.5, ЗГ-ын 2011 оны 311 тоот тогтоол, ААНБҮАДХШЗБНЖ-ын 3.6	Дотоод хяналтыг батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу, давтамжтай хийдэг	0	10		

35		Цацрагийн төрөлд тохирсон хэмжилтийн багажтай	0	20		
36	ЦЭТХ-ийн 36.1.8 ЦКСЦИБУАМЦАД-ийн 2.3.2 2.3.4	Баталгаажуулсан багажаар ажлын байрны цацрагийн хэмжилтийг тогтмол хийж, үр дүнг хадгалдаг (багажгүй тохиолдолд бусад байгууллагаар хэмжилт хийлгэдэг)	0	10		
37		Үүсгүүрийн битүүмжлэлийг шалгах, үүсгүүрийн гаднах бүрхүүлд хийх арчих тестийг эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон хугацаанд хийлгэдэг ба хэрэв хугацаа тогтоогдоогүй бол жилд 1-ээс доошгүй удаа хийлгэдэг	0	30		
38		Оператор цацрагийн хэмжилтийн багажийг ашиглах дадал эзэмшсэн	0	5		
39	ЦКСЦИБУАМЦАД-ийн 4.2 СЦХАМЦААД-ийн 5.13	Цацрагийн хэмжилтийн багажид тавигдах шаардлагуудыг хангасан	0	20		
40	ЦХААҮД-ийн 3.13.13 ЦХААҮД-ийн 3.13.16(1)	Ажлын байрыг хяналтын бүс, ажиглалтын бүс гэж ангилан тэдгээрийн техникийн болон зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг	0	10		
41	ЦХААҮД-ийн 3.13.16(3)	Хяналтын бүсэд нэвтрэн орох хэсгүүдэд зааварчилгааг байрлуулсан	0	5		
42	ЦХААҮД-ийн 3.13.16(6)	Хяналтын бүсэд зөвшөөрөлгүй этгээд нэвтрэх боломжийг хязгаарласан, зохион байгуулалтын болон биет хамгаалалтыг ашигласан	0	5		
43	ЦЭТХ 36.1.2	Талбайд зураг авахдаа TLD, талбайн дозиметр, хамгаалах тууз, пайз, дуут болон улаан гэрэл дохиог байнга ашигладаг	0	10		
44		Зөөврийн анхааруулах тэмдэг, зурагт хуудастай	0	5		
45	СЦХАМААД-ийн 3.4	Нейтрон генератор, түүнд ашиглагдаж буй тритий үүсгүүрт тавигдах шаардлагуудыг хангасан	0	30		

Ажиллагчдын цацрагийн хамгаалалт				0	93	0	0	
46	ЦЭТХ-ийн 36.1.7, ЦХҮАЭББЦААД-ийн 1.8	Цацрагтай ажиллагчийг төрийн захиргааны байгууллагын зөвшөөрсөн тусгай хөтөлбөрийн дагуу явагдах цөмийн болон цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлын сургалтад хамруулсан (2 жил тутам давтан сургалтад хамруулсан)		0	20			
47	ЦҮАБХД-ийн 2.2.3, 2.5.1, 2.5.3, ЦХҮАЭББЦААД-ийн 2.5, ЦХААҮД-ийн 3.13.39.2,	Цацрагийн аюулгүйн дотоод сургалтад холбогдох ажилтнуудыг хамруулдаг, сургалтын хөтөлбөрийг тогтмол хянаж, шаардлагатай тохиолдолд шинэчилдэг		0	10			
48	ЦЭТХ-ийн 43.6, ЦХААҮД-ийн 3.13.42	Эмэгтэй ажилтнуудад зориулсан тусгай арга хэмжээг зохион байгуулдаг		0	10			
49	ЦЭТХ 43.1	Цацрагтай ажиллагчид Мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн хяналтад бүрэн хамрагдсан		0	20			
50	ЦЭТХ 43.5, ЦХААҮД-ийн 3.13.7-(6)	Цацрагтай ажиллагчдыг мэргэжлээс шалтгаалах өвчний эмнэлгийн хяналтад жил бүр хамруулдаг		0	20			
51	ЦХААҮД-ийн 3.13.22-(1,2,3)	Цацрагтай ажиллагчдыг тохирох хамгаалах хэрэгслээр хангасан	Амьсгалын систем хамгаалахад тохирох масктай	тэмдэглэгээ	0	2		
52			Хамгаалалтын нүдний шилтэй	0	2			
53			Бамбайн хаалттай	0	2			
54			Хормогчтой	0	5			
55			Бээлийтэй	0	2			
Аюулгүй ажиллагааны хяналтын систем				0	55	0	0	

56	ЦЭТХ-ийн 36.1.3, ЦҮАБХД-ийн 2.3.2	Аж үйлдвэрийн цөмийн хэмжүүрийн хаах, нээх хавхлагын ажиллагаа хэвийн, түгжээтэй	0	15		
57		Цөмийн хэмжүүр нь хамгаалалтын төмөр хайрцагтай, цоожтой	0	5		
58		Аж үйлдвэрийн цөмийн хэмжүүрийг үйлдвэрийн хийцийн дагуу зөв суурилуулсан, ажиллуулахад шаардагдах зай талбайгаар хангасан	0	10		
59	СЦХАМЦААД-ийн 7.1, 7.2	Засвар үйлчилгээг зөвшөөрөлтэй этгээдээр тогтмол хийлгэдэг	0	5		
60	СЦХАМЦААД-ийн 8.2, 8.3	Цацрагийн ослын үед шаардлагатай урвалж бодис, хэмжилт хийх тоног төхөөрөмж, багаж, туслах материал хэрэгслийн нөөцийг бүрдүүлсэн	0	20		
Хадгалалтын аюулгүй байдал			0	175	0	0
61	ЦЭТХ-ийн 38.1, 36.1.3, ЦҮАБХД-ийн 5.1, ЦҮАБХД-ийн Хавсралт II-3	Цацрагийн үүсгүүр хадгалах зориулалтын байртай, (сейфтэй)	0	20		
62		Үүсгүүр нь хадгалалт, хамгаалалтын шаардлага хангасан	0	10		
63		Цацрагийн аюулын анхааруулах санамж, тэмдэгтэй	0	10		
64		Үүсгүүр хадгалах байр болон сейфний түлхүүрийг хүлээн авах, хүлээлгэн өгөх бүртгэл хөтөлдөг	0	10		
65		Хадгалах байр нь галын хор, дохиололтой	0	10		
66		Үүсгүүр хадгалах худагтай	0	5		
67	ЦКСЦИБУАМЦАД-ийн 6.1	Цооногийн каротажийн судалгаанд ашиглаж буй цацрагийн үүсгүүрийн хадгалах агуулахад тавигдах шаардлагыг хангасан	0	30		
68	ЦХААҮД-ийн 3.11.1	Цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангаж ажилладаг (лац ломбо тавьж, бүртгэл хөтөлдөг)	0	10		

69		Цацрагийн түвшинг хэмжигчтэй	0	20		
70	СЦХАМЦААД-ийн 5.9	Цөмийн хэмжүүрээс 1м-ийн зайд 3 мкЗв/цаг, гадаргууд 100 мкЗв/цаг-аас хэтрэхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлсэн	0	20		
71	ЦКСЦИБУАМЦАД-ийн 3.4.1	Цооногийн каротажийн судалгаанд ашиглаж буй цацрагийн үүсгүүрийн бортогоны гадаргуугаас эргэн тойрон 5 см зайд 2000 мкЗв/цаг, 1м-ийн зайд 100 мкЗв/цаг-аас хэтрэхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлсэн	0	20		
72	ЦҮАБХД-ийн 7.1.5	Цацрагийн үүсгүүр бүрд хамаарах бүртгэлд шаардлагатай мэдээлэл /үүсгүүрийн байршил, изотопын нэр, идэвх, хувийн дугаар, физик химийн төлөв/-ийг тусгадаг	0	10		
Тээвэрлэлтийн аюулгүй байдал			0	104	0	0
73	ЦКСЦИБУАМЦАД-ийн 3.3.7	Цацрагийн үүсгүүрийн тээвэрлэлтийн зориулалтын контейнерийн тусгайлсан шаардлагуудыг хангасан	0	10		
74	ЦЭТХ 39.1	Цөмийн материал болон цацрагийн үүсгүүрийг тээвэрлэхдээ цацраг идэвхт материалыг аюулгүй тээвэрлэх журмыг мөрддөг /тэмдэглэл бүртгэл хөтөлдөг/	0	10		
75		Тээвэрлэх үеийн шаардлагатай баримт бичгийн бүрдлийг хангасан	0	20		
76		Ачих, буулгах ажиллагаанд оролцож буй ажилтанг хувийн хамгаалах хэрэгслээр хангадаг	0	5		
77		Цацрагийн үүсгүүрийг ачихаас өмнө контейнер болон тээврийн хэрэгслийн ачааны техникийн хэсгийн хэвийн ажиллагааг хангадаг	0	2		
78		Жолооч нарт үүсгүүр тээвэрлэхийн өмнө аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгч, хувийн хамгаалалтын хувцас, хэрэгслээр хангадаг	0	5		
79		Жолооч, оператор нь тээвэрлэх үед хувийн дозиметр ашигладаг	0	10		

80	Жолооч, операторын суудлын орчинд тогтмол хэмжилт хийж бүртгэл хөтөлдөг	0	10		
81	Зориулалтын тээвэрлэлтийн хайрцагтай	0	5		
82	Хайрцаг нь цацрагийн үүсгүүрийн мэдээллийг багтаасан, галд тэсвэртэй шошготой	0	10		
83	Тээвэрлэлтийн хайрцгийг хөдөлгөөнгүй бэхлэх бэхэлгээтэй	0	2		
84	Тээвэрлэлтийн хайрцаг түгжээтэй	0	2		
85	Тээврийн хэрэгслийн анхааруулах тэмдэг бүрэн	0	5		
86	Тээврийн хэрэгсэл дохиололтой	0	8		
НИЙТ ОНОО		0	1062	0	0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар:

