



**№10.2.РЕНТГЕН ОНОШИЛГООНЫ ЦАЦРАГИЙН  
АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН  
ХУУДАС**

**Хяналтын байгууллага:**

**Шалгуулагч этгээдийн нэр:**

**Объектын нэр:**

**Регистрийн дугаар:**

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../..

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ**

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд		Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
				Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1	2	3	4	5	6		
1	ЦЭТХ 15.3	Цацрагийн үүсгүүрийн тусгай зөвшөөрөлтэй					
<b>I. Байгууллагын цацрагийн хамгаалалт аюулгүй байдал</b>				<b>0</b>	<b>67</b>		
2	ЦЭТХ-ийн 28.2.5, ЦХААҮД 3.3.5.2	Цацрагийн аюулгүй байдал хариуцсан ажилтан /алба, нэгж/-тай		0	5		
3	ЦХААҮД 3.3.4	Цацрагийн үүсгүүр болон цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаандаа өөрчлөлт хийхээр төлөвлөсөн тухайгаа хяналтын байгууллагад урьдчилан мэдэгдсэн		0	2		
4	ЦЭТХ 36.1.4	Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм	Хянуулж баталгаажуулсан	0	3		
5			Мөрдөж ажилладаг	0	5		
6		Цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө	Хянуулж баталгаажуулсан	0	3		
7			Мөрдөж ажилладаг	0	5		

8		Цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө	Хянуулж баталгаажуулсан	0	5		
9			Шинэчилдэг	0	3		
10	ЦЭТХ 36.1.6, ЦХААҮД 3.15.46.7	Ослын нөхцөл байдал, зөрчлийг хяналтын байгууллагад мэдэгддэг		0	2		
11	ЗГ-ын 311-р тогтоол ААНБУАДХШЗБ Нийтлэг журмын 3.6, ЦХААҮД 3.8.1	Дотоод хяналт	Удирдамж, хөтөлбөртэй	0	2		
12			Хяналт хийсэн	0	5		
13			Авсан арга хэмжээ, хүрсэн үр дүн	0	2		
14	ЦЭТХ-ийн 28.2.7	Цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг бүхий ажилтан солигдсон бол энэ талаар мэргэжлийн хяналтын байгууллагад ажлын 3 өдрийн дотор бичгээр мэдэгдсэн		0	5		
15	ЦЭТХ-ийн 28.2.10	Тусгай зөвшөөрөл дээрх мэдээлэл өөрчлөгдсөн тохиолдолд хяналтын байгууллагад мэдэгдсэн		0	5		
16	ЦЭТХ 36.1.1	Рентген аппаратыг шинээр хүлээн авсан тухайгаа ажлын 3 өдрийн дотор мэдэгддэг		0	5		
17	ЦЭТХ 36.1.5	Рентген аппаратын ашиглалтын бүртгэл хөтөлж, жилийн эцсийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайланг жил бүрийн 12-р сарын 20-ны дотор цацрагийн хяналтын байгууллагад хүргүүлдэг		0	10		
<b>II. Ажлын байрны цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдал</b>				<b>0</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	
18	ЦЭТХ 36.1.2, ЦХААҮД-ийн 3.15.12 (2)	Рентген кабинетын талбай, бүтэц зохион байгуулалт дүрмийн дагуу хийгдсэн.		0	5		
19	ЦЭТХ 36.1.2	Зориулалтын агааржуулалттай	Кабинетад	0	5		
20			Удирдлагын хэсэгт	0	3		
21	ЦЭТХ 36.1.3, ЦХААҮД-ийн 3.13.16 (3)	Рентген шинжилгээний өрөөний хаалганд анхааруулгатай.	Анхааруулах тэмдэг, санамжтай	0	2		
22			Анхааруулах гэрэлтэй	0	2		

23	ЦЭТХ 36.1.2	Рентген кабинетын суурин хамгаалалт (хана, шал, тааз, харах цонх, хаалга ) нь цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны дүрмийн шаардлагыг бүрэн хангасан	0	10			
24	ЦЭТХ 36.1.2	Удирдлагын өрөө өвчтөнг харах ажиглах хамгаалалт бүхий цонх, хаалгатай, дүрмийн шаардлагыг бүрэн хангасан	0	2			
25	ЦЭТХ 36.1.3	Рентген шинжилгээний өрөөнд техникийн төсөлд ороогүй тоног төхөөрөмж суурилуулах, рентген шинжилгээтэй холбоогүй ажил үйлчилгээ явуулдаггүй	0	1			
26	ЦХААҮД 3.13.22	Цацрагтай ажиллагчдыг цацрагаас хамгаалах хэрэгслээр бүрэн хангасан	Хамгаалалтын хаалттай	0	1		
27			Хамгаалалтын хормогч	0	2		
28			Хамгаалалтын нүдний шил	0	2		
29			Хүүхдийн хамгаалах хэрэгсэл	0	5		
30			Бамбайн хаалт	0	2		
31			Хамгаалалтын хэрэгслийн ашиглалт, хадгалалтад хяналт тавьдаг	0	1		
<b>III. Цацрагтай ажиллагчдын цацрагийн хамгаалалт</b>			<b>0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>		
32	ЦЭТХ 43.1	Цацрагтай ажиллагчдыг мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн хяналтад бүрэн хамруулсан	0	5			
33	МШХТХГГ-ний 3.2	Хувийн дозиметрийг сар бүр тогтмол хэмжилтэнд хамруулдаг	0	2			
34	МШХТХГГ-ний 3.5	Мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн хэмжилтийн дүнг хянуулж, баталгаажуулдаг	0	2			
35	ЦЭТХ 43.8, Хөдөлмөрийн тухай 79.6, Хуулийн Хөдөлмөрийн	Цацрагтай ажиллагчдад хэвийн бус нөхцөлд	Хэвийн бус нөхцөлд хамруулдаг	0	1		
36			Богиносгосон цагаар ажилладаг	0	2		
37			Хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнээр хангадаг	0	1		

38	аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 28.1.9	хамрагдах хөнгөлөлтүүдийг олгодог	Ээлжийн амралтад хөдөлмөрийн нөхцлөөс хамаарсан нэмэгдэл амралттай	0	1		
39	ЦЭТХ 43.5, ЦХААҮД 3.13.7.6	Цацрагтай ажиллагчдыг мэргэжлээс шалтгаалах өвчний эмнэлгийн үзлэгт тогтмол, бүрэн хамруулдаг		0	5		
40	ЦЭТХ 36.1.7, ЦХААҮД 3.13.7.8,	Цацрагтай ажиллагчдыг 2 жил тутамд тусгай хөтөлбөрийн дагуу явагдах цацрагийн хамгаалалтын сургалтад хамруулдаг		0	5		
41	ЦЭТХ 36.1.3	Рентген техникч болон цацрагтай ажиллагч шинжилгээ хийгээгүй үед байрлах тусгай өрөөтэй		0	5		
42	ЦЭТХ 36.1.3	Цацрагийн ачааллаас хамгаалах зорилгоор рентген техникчийг 2 ба түүнээс дээш аппарат дээр ажиллуулахыг хориглодог		0	5		
<b>IV. Рентген оношилгооны аппарат тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, хамгаалалт аюулгүй байдал</b>				<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	
43	ЦЭТХ 36.1.8, ЦХААҮД 3.13.7.7	Цацрагийн хэмжилтийн багажтай		0	2		
44	ЦЭТХ 44.1.2, ЦХААҮД 3.15.26.1-2, Монгол улсын стандарт MNS : 5391-2010	Рентген төхөөрөмжид тохируулга, чанарын баталгаажилтын хэмжилт	Тогтмол хийдэг	0	2		
45			Техникийн ерөнхий шаардлага хангасан	0	5		
<b>V. Өвчтөн, шинжлүүлэгчдийн цацрагийн хамгаалалт аюулгүй байдлыг хангуулах</b>				<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	
46	ЦХААҮД 3.15.8	Оношилгооны үед шинжлүүлэгчийг үндэслэлгүй нэмэгдэл шарлагад өртүүлэхгүй байлгах арга хэмжээ авдаг.		0	2		
47	ЦЭТХ 44.1.5	Оношилгооны үед хувийн хамгаалах хэрэгслээр хангадаг.	Судлагдаж буй эрхтэнээс бусад хэсгийг хамгаалдаг.	0	5		
48			Асран хамгаалагчийг хамгаалдаг.	0	2		
49	ЦЭТХ 44.1.3	Хүүхдэд рентген оношилгоо хийхэд түүний эцэг эх, асран хамгаалагчийн зөвшөөрлийг авдаг.		0	5		

50	ЦХААҮД 3.15.36	Эмнэлгийн хүлээлгийн өрөө, нийтийн өрөө тасалгаанд цацрагийн оношилгоо хийлгэх эмэгтэйчүүд жирэмсэн байх магадлалтай, хөхүүл хүүхэдтэй тухайгаа мэдэгдэх шаардлагатай тухай анхааруулга, санамжийг байрлуулсан	0	5		
51	3.15.7, 3.15.8 (5)	Рентген шинжилгээнд орохоос өмнө шинжлүүлэгчид цацрагийн тунгийн тухай болон цацрагийн хамгаалалтын талаар зааварчилгаа өгдөг.	0	2		
52	ЦХААҮД 3.15.51 (2)	Рентген шинжилгээний үед шинжлүүлэгчийн авсан тунгийн хэмжээ, техникийн өгөгдлүүдийг журналд тэмдэглэдэг	0	5		
53	ЦХААҮД 3.15.29	Шинжлүүлэгчийг давтан шинжилгээнд оруулахаас зайлсхийх арга хэмжээ авдаг.	0	2		
54	ЦХААҮД 3.15.25 (1-4), 3.15.35, 3.15.37	Жирэмсэн буюу төрөх насны шинжлүүлэгч, хүүхдийг рентген шинжилгээнд оруулахдаа дүрмийн шаардлагыг баримталдаг.	0	5		
<b>НИЙТ ОНОО</b>			<b>0</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	

<b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b>		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

>=50%  
[30%-49%]  
<=29%

Их эрсдэлтэй  
Дунд эрсдэлтэй  
Бага эрсдэлтэй