



**№10.4. ТУЯА ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЦАЦРАГИЙН  
АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН  
ХУУДАС**

**Хяналтын байгууллага:**

**Шалгуулагч этгээдийн нэр:**

**Объектын нэр:**

**Регистрийн дугаар:**

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: ..../.../..

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ**

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1		2	3	4	5	6
<b>I. Байгууллагын цацрагийн хамгаалалт аюулгүй байдал</b>			<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	ЦЭТХ 15.3	Цацрагийн үүсгүүр ашиглах тусгай зөвшөөрөлтэй.				
2	ЦЭТХ 36.1.4	Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэмтэй.	0	10		
3		Байгууллагад цацрагийн хамгаалалт, чанарын хяналтын хөтөлбөртэй.	0	10		
4		Цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөтэй.	0	10		
5	ЦЭТХ 28.2.5	Цацрагийн аюулгүй ажиллагаанд дотоод хяналт тавих ажилтан, эсхүл албыг тушаалаар томилсон, үйл ажиллагаа явуулдаг.	0	10		
6	ЦЭТХ 36.1.6	Цацрагийн үүсгүүрийг ашиглах явцад гарсан осол зөрчлийг цацрагийн хяналт, онцгой байдал, тагнуул, цагдаагийн байгууллагад нэн даруй мэдээлж, ослын хор уршгийг арилгах, аюулгүй болгох арга хэмжээг авдаг.	0	10		

7	ЦЭТХ 28.2.2	Эмчилгээ хийгдэж байгаа үед цацрагийн аюулгүй ажиллагааны хэм хэмжээ, дүрэм заавар хэрхэн биелэгдэж байгаад дотоод хяналт тавьдаг.	0	10		
8		Цацрагтай ажиллагчид болон өвчтөний авч байгаа шарлагын тунг хянадаг.	0	10		
9	ЦЭТХ 44.1.1	Цацрагаар хийгдэх эмчилгээний стандарт, урдчилан сэргийлэх ажлын аргыг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаар батлуулж мөрддөг.	0	10		
<b>II. Цацрагийн үүсгүүрийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт</b>			<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	ЦЭТХ 36.1.8	Чанарын баталгаажилтын болон хэмжилтийн шаардлага хангасан цацрагийн хэмжилтийн багажаар хангагдсан.	0	10		
11	ЦЭТХ 36.1.5	Цацрагийн үүсгүүрийн ашиглалтын бүртгэл хөтөлж, жилийн эцсийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан мэдээг хуулийн хугацаанд гарган ирүүлдэг.	0	10		
12	ЦЭТХ 36.1.1	Цацрагийн үүсгүүрийг хүлээн авсан тухайгаа ажлын 3 өдрийн дотор тухай бүр мэдэгддэг.	0	5		
13		Цацрагийн үүсгүүр бүхий тоног төхөөрөмжийг угсрах, суурилуулах, тохируулах, засварлах, ашиглах ажиллуулах болон аюулгүй ажиллагааны заавар бүхий техникийн бичиг баримтуудтай.	0	5		
14	Эрүүл мэндийн хуулийн 40.2, 40.3 тухай	Эмнэлгийн мэргэжилтэн, ажилтан нь тухайн цацрагийн үүсгүүртэй тоног төхөөрөмжийн техникийн бичиг баримтын дагуу ашиглах, ажиллуулах болон аюулгүй ажиллагааны зааврыг монгол хэл дээр бичиж, баталгаажуулж мөрддөг.	0	5		
15		Эмчилгээ оношилгоонд тохируулга, чанарын баталгаажилтын шаардлага хангасан аппарат тоног төхөөрөмжийг ашигладаг.	0	10		
16	ЦЭТХ 36.2, 44.1.2	Туяа эмчилгээний аппаратанд чанарын баталгаажилтын хэмжилт, хийж шалгадаг, энэхүү үйл ажиллагаанд хяналт тавьдаг, тогтмолжсон.	0	10		

17		Туяа эмчилгээний аппаратны байрлал, ашиглалт гэрэлтүүлэг нь техникийн шаардлага хангасан, туяа эмчилгээ шинжилгээг хийх үед рентген аппаратын ажлын физик, техникийн хамгийн зөв үзүүлэлтийг ашигладаг.	0	10		
18	Тоног төхөөрөмжийн бодлого, ЭМС-ын 418 дугаар тушаал	Туяа эмчилгээний аппарат тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг мэргэжлийн инженерээр тогтмол хийлгэдэг.	0	10		
19		Техник ашиглалтын паспортанд аппарат тоног төхөөрөмж нь хэвийн ажиллагаатай болохыг инженер, бүрэн ашиглагддаг тухай эзэмшигч нь тус тус тэмдэглэдэг.	0	5		
<b>III. Ажлын байрны цацрагийн хамгаалалт</b>			<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		Цацрагтай холбогдсон үйл ажиллагааг цацрагийн аюулгүйн стандартыг бүрэн хангасан улсын байцаагчийн зөвшөөрсөн зориулалтын байранд явуулдаг.				
21	ЦЭТХ 36.1.2	Туяа эмчилгээний өрөөнүүд, тэдгээрийн байрлал болон бүтэц зохион байгуулалт нь зөв үндэслэлтэй хийгдсэн. ( цацрагийн үүсгүүртэй аппарат төхөөрөмж нь гадаад орчны сөрөг нөлөөллөөс хамгаалагдсан. Халалт, чийг г.м	0	10		
22		Туяа эмчилгээний өрөөнүүд нь агааржуулалтын системтэй.	0	10		
23		Туяа эмчилгээний кабинетийн өрөөнүүдийн хаалга мэдрэгчтэй, цоожлогддог, аврах гарц болон холбооны хэрэгсэлтэй, талбай, бүтэц нь шаардлагын дагуу хийгдсэн.	0	10		
24	ЦЭТХ 38.1	Цацрагийн үүсгүүр хадгалах түр байртай, байр нь хамгаалалттай, цацрагийн аюулгүйн системтэй.	0	10		
<b>IV. Аюулгүй ажиллагааны хяналтын систем</b>			<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		Цацрагийн үүсгүүр хадгалах байртай, уг байр нь галын дохиолол болон хамгаалалтын системтэй	0	10		
26	ЦЭТХ 44.1.6	Төхөөрөмжин дэх шарлагын өнцөг, ослын зогсоох товчлуур, хэвийн ажилладаг	0	5		
27		Төхөөрөмжинд үүсгүүр хадгалах байрлалд байгааг мэдээлэгч, хэвийн ажилладаг	0	5		

28		Гэрлэн талбай хэвийн ажиллагаатай	0	5		
29		Үүсгүүр шарах байрлалд байгааг мэдээлэгч хэвийн ажиллагаатай	0	5		
30		Коллиматорийн эргэлтийн өнцөг мэдээлэгч хэвийн ажиллагаатай	0	5		
<b>V.Цацрагаас хамгаалах хөдөлгөөнт болон хувийн хамгаалалтын хэрэгсэлд тавигдах шаардлага</b>			<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	ЦЭТХ 44.1.5	Цацрагтай ажиллагчид, өвчтөнийг хамгаалах хувийн болон хөдөлгөөнт цацрагийн хамгаалалтын хэрэгслээр хангагдсан.	0	10		
32		Хувийн хамгаалалтын хэрэгслийг хэрэглэдэг, тэдгээрийн ашиглалт хадгалалт, чанарын байдалд хяналт тавьдаг.	0	10		
<b>VI.Цацрагтай ажиллагчдын цацрагийн хамгаалалт</b>			<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	ЦЭТХ 43.1	Цацрагтай ажиллагчид нь мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн хяналтанд хамрагддаг, хяналтыг тогтмолжуулсан.	0	10		
34	ЦЭТХ 43.8	Цацрагтай ажиллагчдад хэвийн бус нөхцөлд хамрагдах хөнгөлөлтүүдийг олгодог.	0	10		
35	ЦЭТХ 43.5	Цацрагтай ажиллагчдыг мэргэжлээс шалтгаалах өвчний эмнэлгийн үзлэгт хамруулдаг ба тогтмол хяналтанд байдаг.	0	10		
36	ЦЭТХ 36.1.7	Цацрагтай ажиллагчдыг тусгай хөтөлбөрийн дагуу явагдах цацрагийн хамгаалалтын сургалтанд 2 жил тутамд хамрагддаг.	0	10		
<b>VII.Өвчтөн, эмчлүүлэгчдийн цацрагийн хамгаалалт аюулгүй байдлыг хангуулах</b>			<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	ЦЭТХ 44.1.4, 44.1.6	Эмчилгээний үед өвчтөнийг үндэслэлгүй нэмэгдэл шарлагад өртүүлэхгүй байлгах арга хэмжээ авдаг.	0	10		
38		Эмчилгээний тунг үнэлэх, эмчилгээний төлөвлөлтөд дотоод хяналт тавьдаг.	0	10		
39		Өвчтөнд цацрагийн тунгийн тухай болон цацрагийн хамгаалалтын талаар заавар өгдөг.	0	10		
40	ЦЭТХ 44.1.5	Эмчилгээний үед өвчтөний биеийн бусад хэсгийг шарлагаас хамгаалах хэрэгслээр хангадаг.	0	10		
41	ЦЭТХ 44.1.3	Хүүхдэд цацрагийн үүсгүүрээр эмчилгээ хийхэд түүний эцэг эх, асран хамгаалагчийн зөвшөөрлийг авдаг.	0	10		

<b>НИЙТ ОНОО</b>	<b>0</b>	<b>345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	----------	------------	----------	----------

<b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b>		
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар: