



**№10.5. ЦӨМИЙН ОНОШ ЗҮЙН ЦАЦРАГИЙН
АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН
ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
	1	2	3	4	5	6
1	ЦЭТХ 15.3	Цацрагийн үүсгүүр тусгай зөвшөөрөлтэй.				
I. Байгууллагын цацрагийн хамгаалалт аюулгүй байдал			0	80	0	0
2	ЦЭТХ 28.2.5	Цацрагийн аюулгүй ажиллагаанд дотоод хяналт тавих ажилтан /алба, нэгж/-г тушаалаар томилсон.	0	5		
3		Цацрагийн аюулгүй ажиллагаанд дотоод хяналт тавих ажилтны цацрагийн хамгаалалт аюулгүй байдлыг хангуулах талаар тавьсан шаардлагын дагуу ажил хийгдсэн	0	12		
4		Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрмийг мөрдөж ажилладаг	0	15		
5	ЦЭТХ 36.1.4	Цацрагийн хамгаалалт, чанарын хяналтын хөтөлбөртэй	0	5		
6		Цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөтэй, төлөвлөгөөг шинэчилдэг	0	5		
7		Цацрагийн үүсгүүрийг ашиглах Хяналтын байгууллага	0	2		

8	ЦЭТХ 36.1.6, дүрмийн 4.4.7	явцад гарсан осол зөрчлийг холбогдох байгууллагад нэн даруй мэдээлж, ослын хор уршгийг арилгах, аюулгүй болгох арга хэмжээг авдаг.	Онцгой байдал	0	2		
9			Тагнуул	0	2		
10			Цагдаа	0	2		
11	ЦЭТХ 28.2.2	Эмчилгээ/оношилгоо хийгдэж байгаа үед цацрагийн аюулгүй ажиллагааны хэм хэмжээ, дүрэм заавар хэрхэн биелэгдэж байгаад дотоод хяналт тавьдаг.		0	5		
12	ЦЭТХ 36.1.5	Рентген аппаратын ашиглалтын бүртгэл хөтөлж, жилийн эцсийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан мэдээг тогтоосон хуулийн хугацаанд гарган ирүүлдэг		0	5		
13	Дүрмийн 4.3.8	Цацрагаар хийгдэх эмчилгээ/оношилгооны стандарт, урьдчилан сэргийлэх ажлын аргыг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаар батлуулж мөрддөг		0	10		
14		Цацрагтай ажиллагчид болон шинжлүүлэгчдийн авч байгаа шарлагын тунг хянадаг.		0	10		
II. Ажлын байрны цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдал				0	155	0	0
15	ЦЭТХ 36.1.2	Цацрагтай холбогдсон үйл ажиллагааг цацрагийн аюулгүйн стандартыг бүрэн хангасан улсын байцаагчийн зөвшөөрсөн зориулалтын байранд явуулдаг.		0	15		
16		Цөмийн оношилгоо/ эмчилгээний өрөөнүүд, тэдгээрийн байрлал болон бүтэц зохион байгуулалт нь зөв үндэслэлтэй хийгдсэн.		0	10		
17		Өрөөнүүдэд агааржуулалтын систем суурилуулсан.		0	10		
18		Цацрагийн үүсгүүр хадгалах түр байртай, байр нь цацрагийн аюулгүйн системтэй.		0	10		
19		Цацраг идэвхт бодисыг ашиглахаас өмнө болон ашигласны дараа хаягдал хадгалах өрөөтэй, тухайн өрөө нь шаардлага хангасан хамгаалалттай.		0	10		
20		Эмч, цацрагтай ажиллагчид шинжилгээ хийгээгүй үед байрлах тусгай өрөөтэй.		0	5		

21		Ажлын байранд цацрагийн анхааруулах тэмдэг, санамжийг байрлуулсан.	0	5		
22		Цөмийн оношилгооны лабораторийн угаалтуур, жорлон зэрэг нь зориулалтын цэвэршүүлэх бохирын хоолой, шугамд холбогдсон.	0	10		
23		Ажлын байранд цацрагийн тунгийн чадлын хэмжилт тогтмол хийдэг.	0	10		
24		Цацраг идэвхт изотопоор бохирдсон эд зүйлс хаягдлыг устгах, аюулгүй болгох үйл ажиллагааны зааварчилгаатай, мөрдөж ажилладаг.	0	10		
25		Цацраг идэвхт изотопоор бохирдсон эд зүйлс, хаягдлыг түр хадгалах байртай.	0	10		
26		Цөмийн оношилгооны лабораторид агаар сорогч цацрагийн хамгаалалт бүхий шүүгээтэй.	0	10		
27	ЦЭТХ 44.1.5	Эмчлүүлэгч, шинжлүүлэгчдийг хүлээж авах, тусгаарлах өрөөтэй.	0	10		
28		Ажлын байранд шаардлагатай хувийн хамгаалах хэрэгсэл / хамгаалалт бүхий чимхүүр, бээлий, тариур г.м /хангагдсан	0	10		
29		Ажлын байранд /хадгалалт/ процедур /зориулалтын хамгаалалтын хэрэгслээр хангагдсан /тугалган хаалт, хавтан, блок, хөдөлгөөнт болон зөөврийн хаалт хамгаалалт/	0	10		
30		Хувийн хамгаалалтын хэрэгслийг хэрэглэдэг, тэдгээрийн ашиглалт хадгалалт, чанарын байдалд хяналт тавьдаг.	0	10		
III. Цацрагтай ажиллагчдын цацрагийн хамгаалалт			0	40	0	0
31	ЦЭТХ 43.1	Цацрагтай ажиллагчид нь мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн хяналтад хамрагддаг, хяналтыг тогтмолжуулсан	0	10		
32	ЦЭТХ 43.8, дүрмийн 8.3	Цацрагтай ажиллагчдад хэвийн бус нөхцөлд хамрагдах хөнгөлөлтүүдийг олгодог.	0	10		
33	ЦЭТХ 43.5, дүрмийн 8.2	Цацрагтай ажиллагчдыг мэргэжлээс шалтгаалах өвчний эмнэлгийн үзлэгт хамруулдаг ба тогтмол хяналтад байдаг.	0	10		

34	ЦЭТХ 36.1.7	Цацрагтай ажиллагчдыг тусгай хөтөлбөрийн дагуу явагдах цацрагийн хамгаалалтын сургалтад хамруулсан.	0	10		
IV. Рентген оношилгооны аппарат тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, хамгаалалт аюулгүй байдал			0	70	0	0
35	ЦЭТХ 36.1.8	Чанарын баталгаажилтын болон хэмжилтийн шаардлага хангасан цацрагийн хэмжилтийн багажаар хангагдсан. Ажлын байранд тогтмол хэмжилт хийдэг.	0	10		
36	ЦЭТХ 36.1.5	Цацрагийн үүсгүүрийн ашиглалтын бүртгэл хөтөлж, жилийн эцсийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан мэдээг тогтоосон хуулийн хугацаанд гарган ирүүлдэг.	0	10		
37	ЦЭТХ 36.1.1	Цацрагийн үүсгүүрийг хүлээн авсан тухайгаа ажлын 3 өдрийн дотор тухай бүр мэдэгддэг.	0	5		
38	ЦЭТХ 36.2, 44.1.2	Эмчилгээ оношилгоонд тохируулга, чанарын баталгаажилтын шаардлага хангасан аппарат тоног төхөөрөмжийг ашигладаг.	0	10		
39		Оношилгооны аппаратад чанарын баталгаажилтын хэмжилт хийж, шалгадаг, энэхүү үйл ажиллагаанд хяналт тавьдаг, тогтмолжсон.	0	10		
40		Эмчилгээ/ оношилгооны аппаратын байрлал, ашиглалт гэрэлтүүлэг нь техникийн шаардлага хангасан, эмчилгээ шинжилгээг хийх үед аппаратын ажлын физик, техникийн хамгийн зөв үзүүлэлтийг ашигладаг.	0	10		
41	Тоног төхөөрөмжийн бодлого ЭМС-ын 418 дугаар тушаал.	Эмчилгээ/оношилгооны аппарат тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг мэргэжлийн инженерээр тогтмол хийлгэдэг.	0	10		
42		Техник ашиглалтын паспортад аппарат тоног төхөөрөмж нь хэвийн ажиллагаатай болохыг инженер, бүрэн ашиглагддаг тухай эзэмшигч нь тус тус тэмдэглэдэг.	0	5		
V. Шинжлүүлэгч, эмчлүүлэгчдийн цацрагийн хамгаалалт аюулгүй байдлыг хангуулах			0	50	0	0
43		Эмчилгээ, оношилгооны үед үйлчлүүлэгчийг үндэслэлгүй нэмэгдэл шарлагад өртүүлэхгүй байлгах арга хэмжээ авдаг.	0	10		

44	ЦЭТХ 44.1.4, 44.1.6	Хяналтад байгаа болон хяналтаас гарсан өвчтөн, шинжлүүлэгчийн бүртгэлтэй.	0	10		
45		Эмчилгээний дараа өвчтөний биеийн гадаргуу, өвчтөн байрлаж буй өрөөнд цацрагийн хэмжилт хийж, хяналт тавьдаг.	0	10		
46		Цөмийн эмчилгээ хийгдсэн өвчтөнийг тусгаарлах цацрагийн хамгаалалт бүхий өрөөтэй.	0	10		
47	ЦЭТХ 44.1.3	Хүүхдэд цацрагийн үүсгүүрээр эмчилгээ хийхэд түүний эцэг эх, асран хамгаалагчийн зөвшөөрлийг авдаг.	0	10		
НИЙТ ОНОО			0	395	0	0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар: